



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 675 - Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120.
Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

Itapevi, 09 de setembro de 2019.

Assunto: Esclarecimento referente ao Pregão Presencial nº 88/19.

1 – Para o item 1 do lote 15: Será aceito indicador biológico para controle de esterilização a vapor com tempo de resposta em até 40 minutos (podendo ser menor que 40min.)

Resposta: Conforme resposta da Secretaria Municipal de Saúde, sim, será aceito com tempo de resposta de até 40 minutos, tanto o item 1 do Lote 15 como o item 1 do lote 31.

A disposição para demais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Rafael Gangi Tupiniquim
Pregoeiro